

**AVISO
INVITACIÓN SOLICITUD PRIVADA No 07/2015**

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LA ESE IMSALUD CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 “**POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE IMSALUD**” INVITA A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS CONSTITUIDAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD JURÍDICA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR QUE NO SE ENCUENTREN INCURSAS EN EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA SELECCION POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL CONTRATISTA QUE GARANTICE LA COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y MUEBLES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS E IPS DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR SUS PROPUESTAS EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD.

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS Y MUEBLES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES BASICAS E IPS DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

CANTIDAD	DESCRIPCION
100	ATRILES FIJOS A LA PARED PORTA SUERO DE PARED EN ACERO
65	ATRILES CON RUEDAS BASE FUNDIDA TRES PATAS FABRICADO EN TUBO REDONDO COLDROLLED. VARILLA TELESCOPICA DIMENSIONES APROX.: 1.20 A 2.10 MTS ACABADOS EN CROMO
30	CINTAS MÉTRICAS PARA ADULTOS (MUJER-HOMBRE) DE 2.00 METROS
5	ELECTROCAUTERIO POTENCIA MAXIMA DE CORTE CUT 50 W-400 OHMIOS. POTENCIA MAXIMA DE CORTE/COAGULACION CUT/COAG1 45 W - 400 OHMIOS POTENCIA MAXIMA DE CORTE/COAGULACION CUT/COAG2 40 W - 400 OHMIOS POTENCIA MAXIMA DE COAGULACION COAG 40 W - 400 OHMIOS FRECUENCIA DE TRABAJO 600 KHZ PLACA PACIENTE PLACA NEUTRA F ENTRADA ALIMENTACION SELECCIONABLE 115/230 VAC FRECUENCIA DE ALIMENTACION 50-60 HZ POTENCIA MAXIMA DE ABSORCION 280 VA DIMENSIONES (L-A-P) 190X85X239 PESO 2,5 KG - MANGO MONOPOLAR REUTILIZABLE F4814 DIFERENTES ELECTRODOS (10 UD) 00500.00 CABLE PARA ELECTRODO NEUTRO 00404.02 ELECTRODO NEUTRO 00403.01

Proyectó: Karime B

**CENTRO COMERCIAL BOLÍVAR BLOQUE C LOCAL 14
TEL 5827007
SAN JOSÉ DE CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER**

	<p>PEDAL DE PIE 00304.00 CABLE ALIMENTACION 2 METROS 00100.03</p>
14	<p>EQUIPOS DE ÓRGANO DE LOS SENTIDOS DE PARED (1) TRANSFORMADOR DE PARED, DE 3.5 V. SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL, MANGOS Y CABLE ELECTRICO A 110 V. 60 Hz (1) OFTALMOSCOPIO CON SISTEMA OPTICO NORMAL DE 3.5 V. (1) OTOSCOPIO DE FIBRA OPTICA DE 3.5 V.</p>
1	<p>INCUBADORA CERRADA DE TRANSPORTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA: AC220V-230V/50HZ FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE DC: DC12V/10A O DC24V/6A ENERGÍA DE ENTRADA: 400VA MODO DE CONTROL: EL MODO DE MODO DE AIRE Y EL BEBÉ CONTROLADOS POR MICRO-ORDENADOR GAMA DE TEMPERATURA DE AIRE: 25°C - 37°C (MODO OVERRIDE: 37°C - 38°C) GAMA DE TEMPERATURA DE BEBE: 34°C - 37°C (MODO OVERRIDE: 37°C A 37,5°C) PRECISIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL: <0,3°C VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA: <1,0°C UNIFORMIDAD DE LA TEMPERATURA: <5°C dB (A) (MEDIO AMBIENTE RUIDOS 45dB (A)) INDICADORES DE ALARMA: ALARMA DE EXCESO DE TEMPERATURA, ALARMA DE DESVIACION DE LA TEMPERATURA, SENSOR DE ALARMA, ALARMA DE ERROR DE MOTOR DEL VENTILADOR, ALARMA DE FALLO DE ENERGIA Y ASÍ SUCESIVAMENTE. OPERACIÓN EN EQUILIBRIO DE TEMPERATURA: >3.5 HRS (EN CONDICIONES DE TEMP. ESTABLE). UNA BATERÍA ADICIONAL PUEDE SER INCLUIDA PARA BRINDAR MAS DE 6 HORAS DE TRABAJO EN CONDICIONES DE TEMPERATURA ESTABLE TEMPERATURA DE AMBIENTE RANGO DE OPERACIÓN: 10°C - 30°C (AJUSTE DE TEMPERATURA DEBE SER MAYOR DE 3 ° C A LA TEMPERATURA AMBIENTE) RANGO DE MOVIMIENTO DE AIRE EN AMBIENTE: < 1,0 M / S</p>
15	<p>INFANTOMETROS GRADUADO EN DOBLE ESCALA PULGADAS Y CENTIMETROS.</p>
30	<p>LÁMPARA DE CUELLO DE CISNE CON BASE TRIANGULAR PINTADA, EN HIERRO PESADO PARA MAYOR ESTABILIDAD CUELLO GRADUABLE A LA ALTURA DESEADA 110 VOLTIOS PARA CORRIENTE ELECTRICA 110 VOLTIOS</p>
5	<p>SILLAS DE RUEDAS EL DISEÑO DE LA SILLA DE RUEDAS ES COMPLETAMENTE ERGONOMICO. LA ESTRUCTURA ES FABRICADA EN ACERO COLROLLED. DESCANSA PIES GRADUABLES. ANCHO DEL ASIENTO: 46 CM. ALTURA DE LA SILLA: 50CM. ALTURA DEL ESPALDAR: 41 CM. RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 8" Y TRACERAS MASIZAS DE 4".</p>

10	TALLIMETROS TALLIMETRO EN ACRILICO TAMANO: ADULTO - PARA FIJAR EN LA PARED DOBLE ESCALA (CMS Y PULGADAS) LONGITUD: 2 METROS
----	---

VALOR PRESUPUESTADO: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$ 133.000.000)

DURACIÓN: LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS (2) MESES.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: EN ATENCIÓN A LA CUANTÍA DEL OBJETO A CONTRATAR IGUAL O SUPERIOR A 180 SMMLV E INFERIOR A 350 SMMLV DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO No 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL, EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS DEMÁS NORMAS DEL DERECHO PRIVADO VIGENTES ESTE CORRESPONDE A CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS.

PLIEGO DE CONDICIONES: LOS INTERESADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN PODRÁN CONSULTAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE IMSALUD, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL BOLÍVAR BLOQUE C LOCAL 14 SEGUNDO PISO, LOS CUALES ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE AGOSTO EN HORARIO DE 08:00 AM A 11:00 AM. Y DE 2:00 PM A 5:00 PM.

RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS: LAS PROPUESTAS SE RECIBIRÁN EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 AM EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD.

PUBLICACION: EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 27 EL ACUERDO 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE IMSALUD SE PUBLICARA ESTE AVISO EN LA PAGINA INSTITUCIONAL, LA CARTELERA DE LA ENTIDAD Y EL SECOP.

APERTURA DEL AVISO DE SOLICITUD PRIVADA: 18 DE AGOSTO DE 2015

CIERRE DEL AVISO DE SOLICITUD PRIVADA: 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 AM

DE IGUAL MANERA SE INVITA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS A PARTICIPAR DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN:

EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PRIVADA SE FIJA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA A LOS DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN:

EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PRIVADA SE DESFIJA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015

ORIGINAL FIRMADO

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ

GERENTE

ESE IMSALUD