

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 1 de 13

**AVISO  
INVITACIÓN SOLICITUD PÚBLICA No 04/2016**

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE LA ESE IMSALUD CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 **“POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE IMSALUD”** INVITA A TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS CONSTITUIDAS BAJO CUALQUIER MODALIDAD JURÍDICA CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR QUE NO SE ENCUENTREN INCURSAS EN EL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL A PARTICIPAR EN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA SELECCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL CONTRATISTA QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO, REACTIVOS Y APOYO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE DEMANDAN LOS USUARIOS DE LA ESE IMSALUD.

LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR SUS PROPUESTAS EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD.

**OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO CLÍNICO, REACTIVOS E INSUMOS Y APOYO TECNOLÓGICO DE EQUIPOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES PRUEBAS QUE DEMANDAN LOS USUARIOS DE LA ESE IMSALUD.**

El objeto de la invitación es contratar la puesta en funcionamiento, instalación de equipos de apoyo tecnológico y adquisición de reactivos e insumos para los laboratorios de la red prestadora de servicios de la E.S.E. IMSALUD, debiendo entregar el proponente en apoyo tecnológico, de equipos con las siguientes características y distribuidos como sigue:

**CONDICIONES GENERALES REACTIVOS E INSUMOS CON APOYO TECNOLÓGICO**

ITEM	ELEMENTOS	UNID DE MED	ESPECIFICACIONES TECNICAS	OFRECE	
				SI	NO
1	REACTIVO PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO	ML	Reactivo para determinación Cuantitativa de ácido úrico en suero y orina, por fotometría.		
2	REACTIVO PARA DETERMINACION DEBILIRRUBINA	ML	Reactivo para determinación Cuantitativa de		


Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.

San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

<http://www.imsalud.gov>

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 2 de 13

	TOTAL Y DIRECTA		Bilirrubina total y directa en suero, por fotometría.		
3	REACTIVO PARA DETERMINACION DECREATININA	ML	Reactivo para determinación cuantitativa de Creatinina en suero y orina, por fotometría.		
4	REACTIVO PARA DETERMINACION DEGLUCOSA	ML	Reactivo para determinación cuantitativa de glucosa en suero y orina, por fotometría.		
5	REACTIVO PARA DETERMINACION DETRIGLICERIDOS	ML	Reactivo para determinación cuantitativa de Triglicéridos en sangre, por fotometría		
6	REACTIVO DE UREA ESTUCHE	ML	Reactivo para determinación cuantitativa de urea en suero u orina, por fotometría		
7	REACTIVO PARA DETERMINACION DE COLESTEROL	ML	Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol en suero, por fotometría.		
8	REACTIVO PARA DETERMINACION DE COLESTEROL HDL DIRECTO	ML	Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol HDL en suero, por fotometría.		
9	REACTIVO PARA DETERMINACION DE COLESTEROL LDL DIRECTO	ML	Reactivo para determinación cuantitativa de Colesterol LDL en suero, por fotometría.		

	Empresa Social del Estado E.S.E. <b>IMSALUD</b>	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 3 de 13

## **CONDICIONES ESPECÍFICAS DE QUÍMICA**


**EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN APOYO TECNOLÓGICO, DEL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:**

### **PARA LAS SEDES 1- 2 -5**

- Ñ Equipo de mesa automatizado con capacidad de prueba / hora 200.
- Ñ Sistema de identificación de código de barra de muestras, interface de Comunicación bidireccional.
- Ñ Bandeja refrigerada para la conservación de los reactivos y muestras con estación de auto lavado de cubetas.
- Ñ Lector de código de barras interno para identificación de muestras.
- Ñ Bandeja de reactivos y muestras: 40 posiciones
- Ñ Volumen de Reactivo : 3 - 450 ul ; volumen de muestras: 3 – 45 ul ; volumen de reacción : 180 – 500 ul
- Ñ Pipetas de Reactivo y muestras con detección de nivel de líquidos, sensor de protección de colisión, comprobación de volumen.
- Ñ Mezclador independiente.
- Ñ Tubo primario de muestra.
- Ñ Sistema Operativo Windows Xp.
- Ñ Procesamiento de muestras por perfil y por paciente
- Ñ Diagramas de Levy-Jennings, Reglas de Westgard y estadísticas diarias o acumulativas.
- Ñ Cada equipo debe estar conectado con software de laboratorio, que permita comunicación bidireccional de datos.
- Ñ Garantizar el suministro de controles internos de 2 niveles normal y patológico con estabilidad mínima de 30 días.
- Ñ Se requiere adaptado al equipo un desionizador y etapas de pre filtrado para obtener agua de tipo reactivos.

### **PARA LAS SEDES 3-4**

- Ñ Equipo de mesa automatizado con capacidad de prueba / hora 200.
- Ñ Sistema de identificación de código de barra de muestras, interface de Comunicación bidireccional.
- Ñ Bandeja refrigerada para la conservación de los reactivos y muestras.
- Ñ Lector de código de barras interno para identificación de muestras.
- Ñ Bandeja de reactivos y muestras: 40 posiciones.
- Ñ Volumen de Reactivo : 3 - 450 ul ; volumen de muestras: 3 – 45 ul ; volumen de reacción : 180 – 500 ul
- Ñ Pipetas de Reactivo y muestras con detección de nivel de líquidos, sensor de protección de colisión, comprobación de volumen.

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 4 de 13

- Ñ Mezclador independiente.
- Ñ Tubo primario de muestra.
- Ñ Sistema Operativo Windows Xp.
- Ñ Procesamiento de muestras por perfil y por paciente
- Ñ Diagramas de levy-Jennings, Reglas de Westgard y estadísticas diarias o acumulativas.
- Ñ Cada equipo debe estar conectado con software de laboratorio, que permita comunicación bidireccional de datos.
- Ñ Garantizar el suministro de controles internos de 2 niveles normal y patológico con estabilidad mínima de 30 días.
- Ñ Se requiere adaptado al equipo un desionizador y etapas de pre filtrado para obtener agua de tipo reactivos.

#### **PARA LA SEDE 6**

- Ñ Analizador de química sanguínea automatizado de 80 a 100 pruebas por hora.
- Ñ Protección automática contra choques de la aguja de reactivos y muestras.
- Ñ Unidad de refrigeración de reactivos y muestras.
- Ñ Volumen de Reactivo : 180 - 450 ul ; volumen de muestras: 3 – 45 ul ; volumen de reacción : 180 – 500 ul
- Ñ Tubo primario de muestra
- Ñ Bandeja de reactivos y muestras 18 posiciones
- Ñ Procesamiento de muestras por perfil y por paciente.
- Ñ Diagramas de levy-Jennings, Reglas de Westgard y estadísticas diarias o acumulativas
- Ñ Garantizar el suministro de controles internos de 2 niveles normal y patológico con estabilidad mínima de 30 días

Para las Sedes de la 1 a la 6 se requiere un (1) Equipo de Back-up que se pueda trasladar a la Sede que lo requiera con las siguientes características:

- Analizador Semiautomatizado con lecturas de punto final, tiempo fijo, cinética y absorbancia.
- Rango de longitud de onda entre 340 a 670 nm,
- Programa de Control de Calidad con graficas incluidas.
- Protección contra fallas de suministro eléctrico.
- Test mode: flowcell o cubeta
- Memoria para 3000 resultados de pacientes
- Impresora interna térmica
- Pantalla touchscreen

	Empresa Social del Estado E.S.E. <b>IMSALUD</b>	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 5 de 13

## EQUIPOS DE HEMATOLOGIA CONDICIONES

**EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN APOYO TECNOLÓGICO, DEL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

### **PARA LAS SEDES 1 – 2 - 5:**

- Equipo automatizado de Hematología diferencial de 5 partes.
- Rack de muestras con capacidad para 100 tubos.
- Manejo de tubo primario.
- Lector de código de barras externo.
- 80 muestras por hora, de carga continúa
- Recuento celular completo (diferencial de 5 partes) más formula leucocitaria incluidos en 26 parámetros.
- Citometría de flujo combinada con principios de impedancia, cito química y absorbancia óptica (tecnología DHSS).
- Conexión bidireccional
- Con su respectivo computador para la interfase.
- Cada equipo debe estar conectado con software de laboratorio, que permita comunicación bidireccional de datos.
- Garantizar el suministro de controles internos de los 3 niveles alto, medio, bajo con estabilidad mínima de 15 días.

### **PARA LAS SEDES 3 – 4 - 6**

- Equipo de 18 parámetros que incluya el diferencial de 3 partes, con velocidad prueba / hora mínimo 60 test hora.
- Lector de código de barras externo.
- Recuento celular con diferencial de 3 partes.
- Principio de detección método impedancia y fotométrico
- Conexión bidireccional
- Cada equipo debe estar conectado con software de laboratorio, que permita comunicación bidireccional de datos. A excepción de la Sede 6.
- Garantizar el suministro de controles internos de los 3 niveles alto, medio, bajo con estabilidad mínima de 15 días.

## CONDICIONES ESPECÍFICAS DE HEMATOLOGÍA

### **CARACTERISTICAS DE LOS REACTIVOS:**

1. Garantizar existencia de reactivos y repuestos en nuestro país. Respaldo de los reactivos de uso bajo certificación del INVIMA vigente.

### **UROANALISISTIRAS DE ORINAS**

ITEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	OFRECE	
				SI	NO

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.

San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

<http://www.imsalud.gov>

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 6 de 13

1	TIRILLAS DE ORINAS 11 PARAMETROS	FRASCO 150 TIRAS	Tiras de orinas para uso profesional con determinación de 11 parámetros que incluya ácido ascórbico.		
---	----------------------------------	------------------	--	--	--

### CONDICIONES ESPECÍFICAS UROANALISIS

#### CARACTERISTICAS DEL EQUIPO:

1. Equipo para las sedes 1-6 con capacidad de procesar por lo menos 500 test por hora, con lectura de tirillas de 11 parámetros.
2. sistema de carga continua con reconocimiento automático y transporte de tiras.
3. ingreso de datos con lector de barras externos.
4. cada equipo debe estar conectado al software de laboratorio que permita comunicación bidireccional de datos.
5. Garantizar el suministro de controles internos de dos niveles (normal y patológico) con estabilidad mínima de 30 días.

#### CARACTERISTICAS DE LOS REACTIVOS:

1. Tiras de orinas para uso profesional con determinación de 11 parámetros que incluya ácido ascórbico.
2. garantizar existencia de reactivos y repuestos en nuestro país, respaldo de los reactivos de uso bajo certificación del INVIMA.
3. Deben ser suministradas en su envase original, caja con sello de seguridad, e indicaciones de almacenamiento, para la conservación y garantizar la estabilidad de las tiras reactivas, debe contener en su interior desecante


#### PARA EL ÁREA DE INMUNOSEROLOGIA:

Se requiere 1 equipo para ser instalado en una de las sedes para el procesamiento de las siguientes pruebas.

- Prueba de Dengue IgM
- Pruebas de VIH 1 y 2 Anticuerpos.
- TSH Neonatal

#### EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN APOYO TECNOLÓGICO, DEL EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- Lector de placa completa de Microelisa con su respectivo computador, que permita almacenar curvas y resultado de pacientes. Rango de lectura de 340 – 750 nm.

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 7 de 13

- Equipo incubador y agitador de microelisa. Con soporte para 2 microplacas, controlado digitalmente con 8 velocidades y mezcla orbital. Con cobertura exterior opaca que brinde aislamiento y protección de la luz.
- Equipo lavador de microelisas.

#### REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO CLINICO

ITEM	PRODUCTO	MARCA	CAN	VR/UNT	IVA	VR TOTAL INCL IVA
1	ALCOHOL ACETONA DE GRAM		1			
2	ACEITE DE INMERSION		1			
3	ALCOHOL METILICO		1			
4	ALCOHOL ACIDO Z.N		1			
5	APLICADORES DE MADERA C/A		1			
6	ANTI A		1			
7	ANTI B		1			
8	ANTI D		1			
9	ANTI CDE		1			
10	AZUL DE METILENO ZN		1			
11	AGUA DESTILADA		1			
12	AGUJA MULTIPLE N ° 21 X 1 1/2		1			
13	AGUJA HIPODERMICA 20 X 1 1/2		1			
14	ALCOHOL INDUSTRIAL		1			
15	BUFFER DE GIEMSA		1			
16	CARGAS DE GLUCOSA		1			
17	COLORANTE DE WRIGHT		1			
18	GASA HOSPITALARIA		1			
19	GIEMSA		1			
20	HIPOCLORITO AL 13%		1			
21	HEPATITIS B HBsAg		1			
22	LAMINAS DE SEROLOGIA EXCAVADA		1			
23	LAMINA PARA RH ( ANTI A-B-D )		1			
24	LAMINAS PORTA OBJETO		1			

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 8 de 13

25	LAMINAS PORTA OBJETO ESMERILADA	1			
26	DETERNEUTRO	1			
27	FUCSINA DE GRAM	1			
28	FUSCINA FENICADA Z.N	1			
29	FIELD SOLUCION A	1			
30	FIELD SOLUCION B	1			
31	FIELD SALES FOSFATADAS	1			
32	LUGOL DE GRAM	1			
33	LUGOL PARASITOLOGICO	1			
34	TUBO TAPA AMARILLA CON GEL	1			
35	TUBO TAPA LILA	1			
36	PAPEL KRAFT	1			
37	PRUEBA DE HIV CASSETTE	1			
38	PRUEBA DE HIV CASSETTE	1			
39	PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE	1			
40	VDRL CON CONTROL	1			
41	LAMINILLAS CUBRE OBJETO 22 X 22	1			
42	VIOLETA DE GRAM	1			
43	PUNTAS AMARILLAS	1			
44	PUNTAS AZULES	1			
45	FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO	1			
46	HIDROXIDO DE POTASIO AL 20% KOH	1			
47	CHURRUSCOS	1			
48	PALILLOS DE MADERA	1			
49	PEROXIDO DE HIDROGENO	1			
50	MICRO TUBO TAPA LILA	1			
51	TUBO CONICO GRADUADO CON TAPA DE 15 ML	1			

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 9 de 13


52	TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA		1			
53	VIALES DE REACCION DE 1.5		1			
54	VIALES DE REACCION DE 0.5		1			
55	VIALES DE REACCION DE 1.5 AMBAR		1			
56	VIALES TAPA ROSCA 2 ML		1			
57	TIRAS PARA GLUCOMETRIA		1			
58	TUBO TAPA ROSCA EN PP ESTERIL		1			
59	TUBO PARA CULTIVO TAPA ROSCA		1			
60	TUBO DE WINTROBE		1			
61	LANCETAS DESECHABLES		1			
62	XILOL		1			
63	SANGRE OCULTA		1			
64	ETIQUETAS PARA CODIGO DE BARRAS		1			
65	SIFILIS AB		1			
66	BENEDICT		1			
67	CERA PARA SELLAR HEMATOCRITOS		1			
68	PRUEBA DE HIV 4ta GENERACION		1			

### SOFTWARE DE LABORATORIO CONDICIONES ESPECÍFICAS

**EL OFERENTE DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA EN APOYO TECNOLÓGICO, DEL SOFTWARE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:**

- Para las sedes 1-6 sistema que permita control y seguimiento de pacientes desde el registro inicial hasta la generación del resultado.
- 1 Servidor dedicado con sistema operativo Linux
- Conexión ilimitada de usuarios y sedes sujeto a la infraestructura de la red.
- Estadísticas predefinidas y reportes personalizados
- Identificación con código de barras.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.  
 San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007  
<http://www.imsalud.gov>

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 10 de 13

- Suministrar Software y Hardware necesarios para ingreso de pacientes ( PC, Impresora de red e impresora de código de barras)
- Software de laboratorio que permita cumplir con las especificaciones de generación automatizada del reporte para la resolución 4505.

Suministrar Software y Hardware necesarios para ingreso de pacientes (PC, Impresora de red e impresora de código de barras) para las Sedes IPS Salado, Niña Ceci, Toledo Plata y San Martin.

Los equipos para procesar pruebas Hemograma, Glucosa, Colesterol Total, Triglicéridos, Creatinina, Urea, Bilirrubina Total y Directa, Colesterol HDL, Ácido Úrico, Tiras de Orina, HIV, Dengue IgM y TSH Neonatal, antes descritos los entregará el proponente en apoyo tecnológico a la E. S. E. IMSALUD

**VALOR PRESUPUESTADO:** EL CONTRATO A SUSCRIBIRSE NO TIENE VALOR PREDETERMINADO Y NO CONTARÁ CON CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN.

**DURACIÓN:** LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUARENTA Y OCHO (48) MESES

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** EN ATENCIÓN A LA CUANTÍA PRESUPUESTADA PARA LA NATURALEZA DEL OBJETO A CONTRATAR SUPERIOR A LOS A 350 SMMLV DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO No 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EN LAS NORMAS DEL CÓDIGO CIVIL, EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LAS DEMÁS NORMAS DEL DERECHO PRIVADO VIGENTES ESTE CORRESPONDE A CONTRATACIÓN POR SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA

#### CRONOLOGIA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Convocatoria a Veedurías Ciudadanas	19 de mayo del 2016	En el SECOP, la Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y la Cartelera de la ESE IMSALUD ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Publicación y consulta del Aviso y estudios previos de la Convocatoria del proceso de solicitud	19 de mayo del 2016	En el SECOP, la Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y la Cartelera de la ESE IMSALUD ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C


Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.

San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

<http://www.imsalud.gov>

	Empresa Social del Estado E.S.E. <b>IMSALUD</b>	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 11 de 13

publica		Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Pre pliegos del proceso de solicitud publica	19 de mayo del 2016	Pueden ser retirados sin ningún costo en la Oficina de servicios Generales y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta
Visita de carácter obligatorio, al sitio donde se instalaran los equipos en apoyo tecnológico.	24 mayo de 2016, a las 9:00 a.m.	Encuentro en la oficina de Servicios Generales, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Observaciones a los pre pliegos del proceso de selección	Hasta el 25 de mayo de 2016 a las 10:00 a.m.	Oficina de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Publicación respuestas a las observaciones de los pre pliegos de condiciones.	Hasta el 27 de mayo de 2016 a las 5:00 Pm.	En el SECOP, la Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y la Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Resolución de apertura del proceso	31 de mayo de 2016	En la Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> , SECOP y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Pliegos definitivos	31 de mayo de 2016	Pueden ser retirados sin ningún costo en la Oficina de servicios Generales y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Plazo máximo para expedir adendas	Hasta el 01 de Junio 2016 hasta	En el SECOP, la Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y la Cartelera de la ESE

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 12 de 13

	las 5:00 p.m.	IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta
Cierre del proceso de solicitud pública y entrega de propuestas.	02 de Junio del 2016 a las 8:30 am	Oficina del Jefe de Servicios Generales y de Suministros, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14, del municipio de San José de Cúcuta.
Evaluación de propuestas. primera etapa y segunda etapa (verificación de condiciones de participación y los requerimientos verificables y verificación de condiciones de participación y los requerimientos verificables y examen de la propuesta económicas)	Del 03 al 09 Junio 2016	Comité Evaluador de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Observaciones al informe del Comité Evaluador	10 de Junio de 2016	Oficina de Jefe de Servicios Generales y Suministros de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Traslado al Comité Evaluador de las observaciones presentadas y respuestas.	13 y 14 de junio de 2016	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.
Acto Administrativo de adjudicación y publicación de la Resolución de adjudicación.	15 de junio de 2016	Página institucional <a href="http://www.imsalud.gov.co">www.imsalud.gov.co</a> y Cartelera de la ESE IMSALUD, oficina Gerente de la ESE IMSALUD, ubicada en el Centro Comercial Bolívar, Bloque C Local 14 del municipio de San José de Cúcuta.

**NOTA: EN EL EVENTO DE NO PRESENTARSE OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR, QUEDARA EN FIRME EL INFORME DE EVALUACIÓN Y SE PROCEDERÁ A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO,**

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14.

San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

<http://www.imsalud.gov>

	Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD	CODIGO: PA-GD- MA-08	F.A: 19-12- 2014
	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	VERSION: 1ª.	Página 13 de 13

**EN EL ENTENDIDO QUE EL SEÑOR GERENTE ACEPTA LA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE ADJUDICACIÓN; SIN QUE SE DEBA ESPERAR A DEJAR TRANSCURRIR LOS TÉRMINOS CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN”**

**PLIEGO DE CONDICIONES:** LOS INTERESADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN PODRÁN CONSULTAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE IMSALUD, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL BOLÍVAR BLOQUE C LOCAL 14 PRIMER PISO, LOS CUALES ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN HORARIO DE 08:00 AM A 11:00 AM. Y DE 2:00 PM A 5:00 PM.

**RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS:** LAS PROPUESTAS SE RECIBIRÁN EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SUMINISTROS DE LA ESE IMSALUD.

**PUBLICACIÓN:** EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 36 DEL ACUERDO 006 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA ESE IMSALUD SE PUBLICARÁ ESTE AVISO EN LA PAGINA INSTITUCIONAL, LA CARTELERA DE LA ENTIDAD Y EL SECOP.

**INICIO DEL AVISO DE SOLICITUD PÚBLICA:** 19 DE MAYO DE 2016

**CIERRE DEL AVISO DE SOLICITUD PÚBLICA:** 02 DE JUNIO DE 2016 A LAS 8:30 AM

DE IGUAL MANERA SE INVITA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS A PARTICIPAR DENTRO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACION.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN:**

EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PÚBLICA SE FIJA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA EL DIECINUEVE DE MAYO DE 2016

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN:**

EL PRESENTE AVISO DE SOLICITUD PÚBLICA SE DESFIJA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA EL DOS DE JUNIO DE 2016

**ORIGINAL FIRMADO**

**KATHERINE CALABRO GALVIS**  
 GERENTE (E)  
 ESE IMSALUD