
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 01	Página 1 de 4

EL SUBGERENTE DE ATENCION DE SALUD

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No:SS21-763, se realizó el chat del grupo, **GESTIÓN CONTRACTUAL – GESCON**, Cuenta Skype: **GESCON**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones:



IMSALUD, 3:00 p.m.


Buenas tardes, Cordial saludo, Siendo las 3: 00 PM del día 17 de marzo de 2021, se procede a dar inicio al chat programado dentro del proceso SS21-763 cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE REACTIVO DE HEMATOLOGIA, MICROBIOLOGIA Y PRUEBAS ESPECIALES CON APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DE LA ESE IMSALUD, esto con el fin de absolver sus inquietudes.

Eva, 3:01 p.m.

Buenas tardes, Bibiana Osorio - Annar Diagnóstica,

Johanná, 3:02 p.m.

Av. OA de la urbanización Olaya herrera y la Avenida Libertadores del Barrio Blanco
 San José de Cúcuta Norte de Santander Colombia.
<http://www.imsalud.gov.co>

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 01	Página 2 de 4

Buenas tardes, Johanna Reyes de análisis técnicos Ltda

Eva, 3:02 p.m.

1. En cuanto a la información financiera, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL solicitamos se permita la presentación de estados financieros con corte a junio de 2.020

Johanna, 3:03 p.m.

Análisis técnicos Ltda amablemente solicita ampliar el tiempo de entrega de los equipos a mínimo 30 días, ya que estos se deben importar.

Gracias

Eva, 3:07 p.m.

2. En el CRONÓGRAMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN OFERTA, solicitamos ampliar el plazo de entrega hasta el martes 23 de marzo o ampliar la hora hasta las 5:00p.m del día 19 de marzo.

Eva, 3:10 p.m.


3. En la pág 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS HEMATOLOGIA, para la sede 6 se solicita equipo con velocidad de 60 pruebas por hora, para la sedes 1, 2, 3, 4 y 5 no se especifica, se solicita se aclare si se requiere la misma velocidad de 60 pruebas por hora.

Eva, 3:15 p.m.

4. Para el grupo 2. REACTIVO DE MICROBIOLOGÍA, se solicita modificar la unidad de medida acorde a la presentación de los paneles para la identificación de los microorganismos ya que por su naturaleza no es viable facturar por unidad de medida PRUEBA si no por presentación del kit de PANEL DE IDENTIFICACIÓN MICROBIANA, siempre y cuando se conserve el total de pruebas requeridas.

IMSALUD, 3:18 p.m.

Para Análisis técnicos Ltda, La entidad no puede acceder a su solicitud, de esperar 30 días a la importación de equipos por las siguientes razones: 1. El servicio de salud a cargo de la empresa social del estado IMSALUD, constituye un pilar importante en la salud del municipio, en tal medida que es imposible esperar 30 días después de la adjudicación para la instalación de equipos 2. Con el proveedor actual existe un contrato de comodato, cuyas condiciones están supeditadas al agotamiento del suministro; Actualmente el stock está en su mínimo por lo que no es viable su solicitud.

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 01	Página 3 de 4

Johanna, 3:19 p.m.

Ok, entendido.

Muchas gracias

Eva, 3:22 p.m.

5. Para el GRUPO 3 REACTIVOS DE PRUEBAS ESPECIALES, la unidad de medida esta dada por prueba, para este tipo de reactivos de microelisa nos es viable dado que la presentación del kit es por 96 test y no se puede fraccionar el kit para facturar por pruebas. Se solicita ajustar la cantidad y presentación solicitada a kit.

Eva, 3:28 p.m.

6. En la Pág. 5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA; numeral 4) refiere que el valor de la prueba incluye controles internos, esto aplica para el grupo 1, ya que en el caso del grupo 2 Microbiología y grupo 3 pruebas especiales por las características de los kits y las pruebas el control interno esta inmerso en el kit. Se solicita amablemente aclarar que los controles internos aplican al grupo 1.


IMSALUD, 3:46 p.m.

Para Eva. Annar Diagnóstica Respuesta 1: Una vez realizada la consulta al área financiera, se accede a aceptar los estados financieros con corte 30 de junio. respuesta 2: La entidad adendará el cierre y procederá a trasladar el cierre para el día 23/03/2021 con el fin de obtener mayor pluralidad de ofertas. respuesta 3: La entidad ACEPTA su observación y procederá a aclarar dicho capitulo, siendo para nosotros importante que sea equipos 5 partes con un mínimo de rendimiento de 60 pruebas hora. respuesta al punto 4. La entidad No puede acceder a su solicitud, debido a que modificar la unidad de medida, encasillaría a una marca comercial específica, de acuerdo a presentación de embalaje, no obstante en los pedidos se puede concertar. 6. respuesta al punto 5 : La entidad No puede acceder a su solicitud; debido a que modificar la unidad de medida, encasillaría a una marca comercial específica; de acuerdo a presentación de embalaje, no obstante en los pedidos se puede concertar. Respuesta al punto 6, la entrega de controles depende de cada casa comercial, el fin de la entidad, es que el futuro contratista garantice dicho suministro, en tal medida, si su producto incluye en el kit el control, podrá especificarlo en la plataformas través de los comentarios, sin perjuicio de lo anterior, la entidad manifiesta que la obligación 4 del anuncio publico aplica para todos los grupos.

Eva, 3:50 p.m.

7. En la Pág. 13, el parágrafo 2) se encuentra incompleto al final refiere que la subasta continuará y la Empresa ... no termina la frase

IMSALUD, 3:52 p.m.

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	CERTIFICACION, CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	VERSION: 01	Página 4 de 4.

para eva Annar Diagnóstica respuesta al punto 7: La entidad acepta su observación, y procederá a completar el parágrafo 2.

Eva, 3:55 p.m.

8. se solicita que el número de pruebas del grupo 2 y 3 sea múltiplo de la presentación de los kits comerciales


IMSALUD, 3:56 p.m.


para eva Annar Diagnóstica respuesta al punto 8: La entidad No puede acceder a su solicitud, debido a que modificar la unidad de medida, encasillaría a una marca comercial específica, de acuerdo a presentación de embalaje, no obstante en los pedidos se puede concertar.

IMSALUD, 4:01 p.m.

Siendo las 4:00 PM, se da por terminado el chat del proceso, esperamos haber resuelto sus inquietudes, feliz tarde.

Se expide a los 17 días del mes de marzo de 2021.


CLARA YAMILE CUADROS CASTILLO
 Subgerente de atención en salud

Proyecto: Víctor Alexis Montañez t-abogado GESCON 
 Reviso: Kareth Correa -líder de gescon