	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 01	Página 1 de 3

## EL SUBGERENTE DE ATENCIÓN EN SALUD

### CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS22-720 se realizó el chat del grupo **GESTIÓN CONTRACTUAL – GESCON**, Cuenta Skype: **GESCON**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones:

mensaje enviado al grupo a esta conversación

mensaje enviado al grupo a esta conversación

3:09 p.m.

Buenas tardes, Cordial saludo, siendo las 03:00 PM del día 10 de mayo de 2022, se procede a dar inicio al chat programado dentro del proceso SS22-720, cuyo objeto corresponde a el SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE BASALUDA.

IMSALUD agregó a Javier Rodriguez en esta conversación

Un nuevo mensaje, 3:06 p.m.

12

Teniendo en cuenta la fecha prevista del cierre de presentación de ofertas al cual está dado para el día 13 de mayo del presente año a las 10:00 am en físico, en vista que el país está pasando una situación de paro armada lo cual impide el desarrollo normal de las transportadoras para entrega de productos y encomiendas por las continuas restricciones, se solicita amablemente a la entidad dar viabilidad en ampliar el plazo para la presentación de ofertas por lo menos 3 días hábiles, con el fin de dar al plazo suficiente a los proponentes de allegar las ofertas

para el ítem 77 TURBINA MINI NSK PARA PIEZA DE ALTA: Se solicita a la entidad aclarar la ref de la pieza de mano para que requieran la turbina.

para el ítem 78 TURBINA NSK PANA MAX PUSH BOOTON Se solicita a la entidad aclarar la ref de la pieza de mano para que requieran la turbina

para el ítem 79 TURBINA STD NSK PIEZA DE ALTA Se solicita a la entidad aclarar la ref de la pieza de mano para que requieran la turbina.

Javier Rodriguez, 3:30 p.m.

13

Buenas Tardes, tenemos unas dudas con respecto a marcas y modelos de algunos repuestos siendo el caso de los siguientes ítem:

Buenas Tardes, tenemos unas dudas con respecto a marcas y modelos de algunos repuestos siendo el caso de los siguientes ítem:

- 14 - Marca - Modelo
- 18 - Marca - Modelo
- 24 - Marca o generico
- 30 - marca
- 37 - marca
- 54 - marca
- 64 - Modelo
- 69 - Modelo
- 102 - Tamaño
- 103 - Marca
- 104 - Marca

para el ítem 79 TURBINA STD NSK PIEZA DE ALTA Se solicita a la entidad aclarar la ref de la pieza de mano para que requieran la turbina.

Javier Rodriguez, 3:57 p.m.

14

Buenas Tardes, tenemos unas dudas con respecto a marcas y modelos de algunos repuestos siendo el caso de los siguientes ítem

Buenas Tardes, tenemos unas dudas con respecto a marcas y modelos de algunos repuestos siendo el caso de los siguientes ítem:

- 14 - Marca - Modelo
- 18 - Marca - Modelo
- 24 - Marca o generico
- 30 - marca
- 37 - marca
- 54 - marca
- 64 - Modelo
- 69 - Modelo
- 102 - Tamaño
- 103 - Marca
- 104 - Marca
- 107 - Modelo
- 110 - Original o generico
- 118 Welch Alyn 7


1:49 p.m.

En respuesta a @Usuario Invitado no es posible acceder a su petición por cuanto también es permitido la remisión de las ofertas y las fichas técnicas por parte de los oferentes a través de forma electrónica así dispuesto en el anuncio público, folio 10, "9.3". En el evento de remisión la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas exclusivamente a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado para el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación, adicionalmente aclarando la referencias de los ítems 77,78,79: 77: Pana Air 78: Pana Max V2 79: Pana Air, estándar y estándar V2

4:28 p.m.

En respuesta a @Javier Rodriguez respecto a las marcas y modelos de los ítem: 14, KCR 18650 18, cargador SDC 1A con el plug 25x5,5mm 24, nsk modelo f22 con trinquete 30, empaque con dos agujeros 37, holder nacional 54, 25k para cavitron display 64, sensor de temperatura Gratus autoclave 12litros 69, Pana max v2 push bottom 102, grande, 103,Arizny 104, Linak ref LA27-U117-02 107, Clase II 110, Generico 118, SI

siendo las 04:29 PM del día 10 de mayo de 2022 se da por terminado el chat del proceso SS22-720 esperando haber resuelto sus inquietudes

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA	VERSION: 01	Página 2 de 3

IMSALUD, 3:03 p.m.

Buenas tardes, Cordial saludo, siendo las 03:00 PM del día 10 de mayo de 2022, se procede a dar inicio al chat programado dentro del proceso SS22-720, cuyo objeto corresponde a el SUMINISTRO DE REPUESTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA LA RED DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD.

Usuario invitado, 3:08 p.m.

Teniendo en cuenta la fecha prevista del cierre de presentación de ofertas el cual está dado para el día 13 de mayo del presente año a las 10:00 am en físico, en vista que el país está pasando una situación de paro armado lo cual impide el desarrollo normal de las transportadoras para entrega de productos y encomiendas por las continuas restricciones, se solicita amablemente a la entidad dar viabilidad en ampliar el plazo para la presentación de ofertas por lo menos 3 días hábiles, con el fin de dar el plazo suficiente a los proponentes de allegar las ofertas

Usuario invitado, 3:09 p.m.

para el ÍTEM 77 TURBINA MINI NSK PARA PIEZA DE ALTA: Se solicita a la entidad aclarar la ref de la pieza de mano para que requieren la turbina.

Usuario invitado, 3:10 p.m.

para el Ítem 78 TURBINA NSK PANA MAX PUSH BOOTON Se solicita a la entidad aclarar la ref de la pieza de mano para que requieren la turbina

Usuario invitado, 3:10 p.m.

para el Ítem 79 TURBINA STD NSK PIEZA DE ALTA Se solicita a la entidad aclarar la ref de la pieza de mano para que requieren la turbina.

Javier Rodriguez, 3:10 p.m.

Buenas Tardes, tenemos unas dudas con respecto a marcas y modelos de algunos repuestos siendo el caso de los siguientes ítem

Javier Rodríguez, 3:13 p.m.

Buenas Tardes, tenemos unas dudas con respecto a marcas y modelos de algunos repuestos siendo el caso de los siguientes ítem:

14 - Marca - Modelo

18 - Marca - Modelo


24 - Marca o generico

30 - marca

37 - marca

54 - marca

64 - Modelo

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRÓNICA	VERSION: 01	Página 3 de 3

69 - Modelo

102 - Tamaño

103 - Marca

104 - Marca

107 - Modelo

110 - Original o generico

118 Welch Allyn ?

IMSALUD, 3:49 p.m.

En respuesta a Usuario invitado no es posible acceder a su petición por cuanto también es permitido la remisión de las ofertas y las fichas técnicas por parte de los oferentes a través de forma electrónica así dispuesto en el anuncio público, folio 10: "9.8 En el evento de remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas exclusivamente a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado para el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación", adicionalmente aclarando la referencias de los ítems 77,78,79: 77: Pana Air 78: Pana Max V2 79: Pana Air, estandar y estandar V2

IMSALUD, 4:28 p.m.

En respuesta a Javier Rodriguez respecto a las marcas y modelos de los ítems: 14. ICR 18650 18. cargador 5DC 1A con el plug 2.5x5.5mm 24. nsk modelo fx22 con trinquete 30. empaque con dos agujeros 37. holder nacional 54. 25k para cavitron desply 64. sensor de temperatura Gnatus autoclave 12litros 69. Pana max v2 push button 102. grande 103. Artesyn 104. Linak ref LA27-U117-02 107. Classic II 110. Generico 118. Si

IMSALUD, 4:29 p.m.

siendo las 04:29 PM del día 10 de mayo de 2022 se da por terminado el chat del proceso SS22-720 esperando haber resuelto sus inquietudes

Se expide a los 10 días del mes de mayo de 2022

  
**JORGE HUERTAS MORENO**  
 Subgerente en Atención de Salud

Proyectó: Angel Solano Gelvez – Abogado Especializado – GESCON.

