	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA:01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 1 de 3

INFORME EVALUACION FICHA TECNICA

PROCESO No: _____

OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS ODONTOLOGICOS DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD.


EVALUACION

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

Proponente:		CASADENTAL			
Item	Descripción	MARCA	Cumple	No Cumple	Observaciones
5	LAMPARA DE FOTOCURADO LED	WOODPECKER	X		
6	RADIOVISIOGRAFO ADULTO	WOODPECKER	X		

Proponente:		DENTAL NADER SAS			
Item	Descripción	MARCA	Cumple	No Cumple	Observaciones
2	COMPRESOR 1HP	SCHULZ	X		
3	COMPRESOR 2*1 HP	SCHULZ	X		
10	UNIDAD ODONTOLOGICA	ALLIAGE	X		

Proponente:		DENTMART			
Item	Descripción	MARCA	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	AUTOCLAVE 12LT	SUN	X		MARCA POCO CONOCIDA, AEGURAR DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS
2	COMPRESOR 1HP	DTM		X	CABEZOTE EN ALUMINIO, REQUERIDO EN HIERRO
3	COMPRESOR 2*1 HP	DTM		X	CABEZOTE EN ALUMINIO, REQUERIDO EN HIERRO
4	COMPRESOR 3HP	DTM		X	CABEZOTE EN ALUMINIO, REQUERIDO EN HIERRO
5	LAMPARA FOTOCURADO	DTM XLITE2		X	NO ALCANZA POTENCIA MAXIMA REQUERIDA
6	RADIOVISIOGRAFO ADULTO			X	NO PRESENTA FICHA TECNICA
7	RADIOVISIOGRAFO PEDIATRICO			X	NO PRESENTA FICHA TECNICA
8	RX PERIAPICAL	HAIUNO	X		MARCA POCO CONOCIDA, AEGURAR DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS


	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 2 de 3

9	RX PERIAPICAL PORTATIL	HAIUNO	X		MARCA POCO CONOCIDA, AEGURAR DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS
10	UNIDAD ODONTOLOGICA	DTM	X		LAMPARA 4 BOMBILLOS LEDS

Proponente:		PROPUESTA BIOCLINICOS DE SANTANDER			
Ítem	Descripción	MARCA	Cumple	No Cumple	Observaciones
2	COMPRESOR 1HP	SCHULZ	X		
5	LAMPARA FOTOCURADO	WOODPECKER	X		
8	RAYOS X PERIAPICAL PORTATIL	FIAD	X		
10	UNIDAD ODONTOLOGICA	DRACO	X		

Proponente:		ALENO S.A.S.			
Ítem	Descripción	MARCA	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	AUTOCLAVE 12LT	AUTOMAT 3000	X		
2	COMPRESOR 1HP	SCHULZ	X		
6	RADIOVISIOGRAFO ADULTO	ECO SENSOR		X	NO CUMPLE TAMAÑO DEL SENSOR
7	RADIOVISIOGRAFO PEDIATRICO	ECO SENSOR		X	NO CUMPLE TAMAÑO DEL SENSOR
8	RX PERIAPICAL	FIAD ELITY 70	X		
9	RX PERIAPICAL PORTATIL			X	NO PRESENTO FICHA TECNICA

Proponente:		MEDICLINICOS			
Ítem	Descripción	MARCA	Cumple	No Cumple	Observaciones
1	AUTOCLAVE 12LT	AUTOMAT 3000	X		
2	COMPRESOR 1HP	SCHULZ		X	
3	COMPRESOR 2X1HP	SCHULZ	X		
4	COMPRESOR 3HP	SCHULZ	X		
5	LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER		X	NO ALCANZA POTENCIA MAXIMA DE 2500 mW/cm2
6	RADIOVISIOGRAFO ADULTO	WOODPECKER	X		
7	RADIOVISIOGRAFO PEDIATRICO	WOODPECKER	X		
8	RAYOS X PERIAPICAL	FIAD	X		
10	UNIDAD ODONTOLOGICA	DYNAMIK		X	POSEE LUZ HALOGENA Y NO LED

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CODIGO: PA-GCN-PR-02-F-28	FECHA: 01-11-2020
	INFORME EVALUACION FICHA TECNICA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 01	Página 3 de 3

Proponente:		LA MUELA			
Ítem	Descripción	MARCA	Cumple	No Cumple	Observaciones
2	COMPRSOR 1HP	SCHULZ	X		
3	COMPRESOR 2X1HP	SCHULZ	X		
6	RADIOVISIOGRAFO ADULTO	CARESTREAM		X	NO CUMPLE TAMAÑO DEL SENSOR
8	RAYOS X PERIAPICAL	FIAD	X		
9	RAYOS X PERIAPICAL PORTATIL	REXTAR	X		NO ESPECIFICA CONTROL REMOTO

La oficina de Ingeniería Biomédica por medio de la presente hace constar que se evaluaron las fichas técnicas de las propuestas ofertadas y se certifica si la entidad oferente cumple o no cumple con los ítems solicitados en la justificación de la necesidad con objeto antes mencionado.

Se expide a los 19 (diecinueve) días del mes de julio del 2022.


MAURICIO PINZON BARAJAS
 Jefe de Servicios Generales
 ESE IMSALUD


JORGE HUERTAS MORENO
 Subgerente de Atención en Salud
 ESE IMSALUD

Elaboró: Jorge Armando Vesga - Apoyo a equipos biomédicos

Aprobó: María Alejandra Arias - Coordinadora de odontología (E)