

**ADENDA NO: 01 AL ANUNCIO PUBLICO**

**PROCESO No: SS22-898**

**1. OBJETO CONTRACTUAL**

**COMPRA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MUEBLES HOSPITALARIOS DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD**

**2. OBSERVACIONES**

Publicado el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:

| No: | NOMBRE               | OBSERVACIÓN  |
|-----|----------------------|--|
| 1   | SOLUCIONES VISAR SAS | Buenos días, referente al proceso nos gustaria saber en que material en especifico es el requerimiento de las mesas?<br>Disculpe, solicito por favor sean mas especifico ya que en material no oxidable hay diferentes materiales (madera, plastico, acero inoxidable o hierro pintado con anticorrosivo y con pintura electro estática) de diferentes precios. Al no existir una uniformidad en las cotizaciones no habría igualdad para la competencia, no es lo mismo ofrecer acero inoxidable que otro material no oxidable o hierro pintado con anticorrosivo y con pintura electro estática.<br>Muchas gracias, tenemos otra inquietud una de la mesa dice que sin soporte central para entrepaño o sea que sin entrepaño y en otra dice con entrepaño. Para aclara si las dos son con entrepaño y si el entrepaño es también en acero inoxidable y de que calibre y de que calibre? |

En atención a lo solicitado la ESE IMSALUD, modificar las especificaciones técnicas contempladas en el acápite dos del anuncio público.

**3. MODIFICACIONES**

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones de especificaciones técnicas del ítem con código 166006.521 denominado Mesa Soporte para Pesa Bebe y el ítem con código 166090.075 denominado Mesa Soporte para infantometro, así:

| CÓDIGO     | EQUIPO                         | CARACTERÍSTICAS  | CANTIDAD |
|------------|--------------------------------|--|----------|
| 166006.521 | Mesa Soporte para Pesa Bebe    | Material en acero quirúrgico y/o acero inoxidable calibre 20   | 80       |
|            |                                | Fija sin ruedas sin soporte central para entrepaño   |          |
|            |                                | Soporte firme nivelable  |          |
|            |                                | Capacidad min 30Kg   |          |
|            |                                | Dimensiones (130cm*50cm*80cm) largo, ancho, alto, aproximadamente , tolerable $\pm$ 5cm ancho            |          |
| 166090.075 | Mesa Soporte para infantometro | Material en acero quirúrgico y/o acero inoxidable calibre 20   | 60       |
|            |                                | Fija sin ruedas sin soporte central para entrepaño   |          |
|            |                                | Soporte firme nivelable  |          |
|            |                                | Capacidad min 30Kg   |          |
|            |                                | Dimensiones (120cm*50cm*40cm) largo, ancho, alto, aproximadamente, tolerable $\pm$ 5cm ancho             |          |
| 166090051  | Fonendoscopio                  | Pieza de contacto doble de alta precisión, con función adulto/pediátrico y elaborada en acero inoxidable | 40       |
|            |                                | Arco anatómico.  |          |
|            |                                | Olivas blandas, intercambiables y giratorias.  |          |

#### 4. ACLARACIONES

Se modifican el anuncio público teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. IMSALUD. La presente adenda forma parte integral del contrato y debe tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, el 21 de noviembre de 2022

**JORGE HUERTAS MORENO**  
Subgerente Atención en Salud

Revisión Jurídica: Kaleth Nycky Correa, Liber GESCON  
Proyectó: Yeferson Vergel C., Abogado GESCON