

INFORME EVALUACIÓN
PROCESO No: _____

OBJETO CONTRACTUAL:
COMPRA DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MUEBLES HOSPITALARIOS DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 29, Literal c, de la Resolución No. 423 de septiembre 30 de 2020 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.


EVALUACION

Se evalúan las propuestas conforme los criterios de selección contemplados en la justificación de la necesidad:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	QUANTICO TECNOLOGÍA	ALENO
1. Mesa Soporte para Pesa Bebe	Marca	Nacional	Nacional
	Material no oxidable	Cumple	Cumple
	Fija sin ruedas sin soporte central para entrepaño	Cumple	Cumple
	Soporte firme nivelable	Cumple	Cumple
	Capacidad min 30Kg	Cumple	Cumple
	Dimensiones (130cm*50cm*80cm) largo, ancho, alto, aproximadamente, tolerable \pm 5cm ancho	Cumple	Cumple
2. Mesa Soporte para infantometro	Marca	Nacional	Nacional
	Material no oxidable	Cumple	Cumple
	Fija sin ruedas	Cumple	Cumple
	Soporte firme nivelable	Cumple	Cumple
	Capacidad min 30Kg	Cumple	Cumple
	Dimensiones (120cm*50cm*40cm) largo, ancho, alto, aproximadamente, tolerable \pm 5cm ancho	Cumple	Cumple
3. Fonendoscopio	Marca	Taiyu	GMD
	Pieza de contacto doble de alta precisión, con función adulto/pediátrico y elaborada en acero inoxidable	Cumple	Cumple
	Arco anatómico.	Cumple	Cumple
	Olivas blandas, intercambiables y giratorias.	Cumple	Cumple

La oficina de Ingeniería Biomédica por medio de la presente hace constar que se evaluaron los ítems de las propuestas ofertadas y se certifica si la entidad oferente cumple o no cumple con los ítems solicitados en la necesidad con objeto antes mencionado.


Se expide a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del 2022.



LUCAS AUGUSTO LIENDO ROMERO
Jefe de oficina Información, Sistemas y
Procesos
ESE IMSALUD



JORGE HUERTAS MORENO
Subgerente de Atención en Salud
ESE IMSALUD

Elaboró: Laura Ximena Díaz C.- Ingeniera biomédica 

Jorge Armando Vesga - Apoyo a equipos biomédicos. 