

	GESTION DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-08 Versión: 01
	INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 06/05/2022

PROCESO No: <u>SA22-918</u>	INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA
OBJETO CONTRACTUAL:	
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERÍA PARA LA ESE IMSALUD	
EVALUACIÓN	

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar la propuesta reciba oportunamente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	JB INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	HERNANDEZ SARMIENTO INGENIERIA SAS
1	Unidad inalámbrica de llamado de enfermería para cama. Con botón para llamado y para cancelación. Incluye cable de extensión con pulsador. Alimentación por baterías.	CUMPLE	CUMPLE
2	Unidad inalámbrica de llamado de enfermería para baño. Con botón para llamado y para cancelación. Incluye cable de extensión con pulsador. Alimentación por baterías. Resistente a derrames de agua.	CUMPLE	CUMPLE
3	Lámpara de pasillo con alerta sonora y visual. Conexión inalámbrica con las unidades de llamado de enfermería. Conexión a 110 Vac	CUMPLE	CUMPLE
4	Pantalla indicadora de llamados de enfermería. Tipo led alfanumérico. Debe mostrar por lo menos los seis (6) últimos llamados. Ajuste de control de volumen. Conexión a 110 Vac. Dimensiones mínimas de 30 x 15 cm (ancho x alto)	CUMPLE	CUMPLE
5	Kit de configuración de pantallas, lámparas y unidades de llamado de cama y baño	CUMPLE. No requiere	CUMPLE. No requiere

OBSERVACIONES GENERALES:


- Las propuestas de JB INGENIERIA Y PROYECTOS SAS y HERNANDEZ SARMIENTO INGENIERIA SAS, **CUMPLE** con los requerimientos técnicos del proceso.

Se expide a, 14 de DICIEMBRE de 2022



LUCAS A. LIENDO ROMERO

Jefe de oficina información, sistemas y procesos



ADOLFO ISAURO YANGO JOSÉ RODRÍGUEZ BELTRÁN

Subgerente administrativo y financiero

