

INFORME DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA PÚBLICA

PROCESO No: SS24-547

OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE DOS (2) UNIDADES MÓVILES y UNA (1) AMBULANCIA TAB 4x4 PARA LA E.S.E. IMSALUD

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 29, Literal c, de la Resolución No. 423 de Septiembre 30 de 2020 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.

REQUISITOS HABILITANTES

No:	PROPONENTE	EXPERIENCIA		CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZ.
		GENERAL	ESPECIFICA			
1	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	UNIÓN TEMPORAL MOVIL-AMBULANCIA	RECHAZADA	N/A	RECHAZADA	RECHAZADA	RECHAZADA
3	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	NO CUMPLE	N/A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	INDUSTRIAS ENFÁCOL SAS	NO CUMPLE	N/A	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Observaciones:

UNIÓN TEMPORAL MÓVIL-AMBULANCIA:

Conforme lo prescribe la invitación publica de mayor cuantía, se constituye causal de rechazo las siguientes situaciones:

1. La no entrega de la seriedad de la oferta.
2. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo o que supera el análisis del estudio económico.


Pues bien, al recibir la oferta de la unión temporal se identificó que de acuerdo a la fecha y hora programada para el cierre del proceso, en el correo que reposa en la institución no se evidencia la póliza de seriedad de la oferta, así mismo, posterior al cierre se encuentra la oferta en físico, la cual coincide con la del correo, es decir, el oferente no adjuntó la póliza de seriedad de la oferta. Por otra parte, la unión temporal ofertó un precio extremadamente por debajo del valor del proceso (\$ 1.442.220)

Por lo anterior, la entidad procede a rechazar la oferta aplicando los numerales 22 y 27 de las causales de rechazo de la invitación pública.

UT. VEHÍCULOS MEGAPRO

De acuerdo a lo dispuesto en la invitación, el proponente debe acreditar, mediante **certificación o acta de liquidación**, la ejecución de contratos relacionados con la venta y/o elaboración y/o fabricación y/o adecuación de unidades móviles especiales ó asistenciales ó ambulancias, cuyo valor sume, por lo menos, el presupuesto oficial.

Al revisar la experiencia aportada, se adjuntó copia de contratos, estudio previo, órdenes de compra, sin embargo, la entidad solo tuvo en cuenta certificación y actas de liquidación, como lo prescribe la invitación:



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CON-P-02-F-16
Versión: 02INFORME DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA
PÚBLICA

Fecha: 06/05/2022

No: CONTRATOS	RAD: CONTRATO	VALOR	CONTRATANTE	DURACIÓN			OBJETO
				INICIO	TERMINACIÓN	TIEMPO TOTAL	
1	614-20	\$ 609,000,000	SAN JOSÉ DE MAICAO	04/06/2020	04/09/2020	N/A	UNIDAD MÓVIL
2	327-1-2021	\$ 743,700,000	FONDO ROTATORIO POLICÍA	01/09/2021	21/10/2021	N/A	VEHÍCULOS ESPECIALES
3	049-2022	\$ 207,700,000	HSCJ	5/04/2022	13/09/2022	N/A	COMPRA DE AMBULANCIAS
SUBTOTAL		\$ 1,560,400,000	VALOR DE LA OFERTA		\$ 1.759.250.000		

De acuerdo a lo anterior, debe subsanar.

INDUSTRIAS ENFACOL SAS

De acuerdo a lo dispuesto en la invitación, el proponente debe acreditar, mediante **certificación o acta de liquidación**, la ejecución de contratos relacionados con la venta y/o elaboración y/o fabricación y/o adecuación de unidades móviles especiales ó asistenciales ó ambulancias, cuyo valor sume, por lo menos, el presupuesto oficial.

Al revisar la experiencia aportada, se adjuntó copia de contratos, estudio previo, órdenes de compra, sin embargo, la entidad solo tuvo en cuenta certificación y actas de liquidación, como lo prescribe la invitación:

No: CONTRATOS	RAD: CONTRATO	VALOR	CONTRATANTE	DURACIÓN			OBJETO
				INICIO	TERMINACIÓN	TIEMPO TOTAL	
1	567-2018	\$ 300,000,000	CAJA DE COMPEACION FAMILIAR DE NARIÑO	09/10/2018	28/06/2019	N/A	BIBLIOTECA MOVIL
2	105080012020	\$ 800,000,000	RED DE SALUD CENTRO ESE	02/03/2020	02/06/2020	N/A	VENTA DE AMBULANCIAS
3	020-2020	\$ 197,000,000	HOSPITAL TIMBIO ESE	25/01/2020	25/02/2020	N/A	VENTA DE AMBULANCIA
4	002-2022	\$300,000,000	FONDO MIXTO ENDOCULTURA	15/11/2022	15/04/2023	N/A	VENTA DE AMBULANCIA
SUBTOTAL		\$1,597,000,000	VALOR DE LA OFERTA		\$1.650.000.000		

En cuanto a la capacidad financiera y organizacional NO cumple el nivel de endeudamiento que se solicita en la invitación.

De acuerdo a lo anterior, debe subsanar.

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA (VER INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA)

No:	PROPONENTE	CUMPLE TÉCNICAMENTE SI / NO
1	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	CUMPLE
2	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	CUMPLE
3	INDUSTRIAS ENFACOL SAS	CUMPLE

EVALUACIÓN

Se evalúan aquellas propuestas que cumple requisitos habilitantes y condiciones técnicas conforme los criterios de selección contemplados en los pliegos de condiciones:

ÍTEM	CRITERIO	PUNTAJE
A	PRECIO	88.5
B	VINCULACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1
C	EMPRESARIOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0.25
D	MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	0.25
E	PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	10
	TOTAL	100

A) Se procede a asignar el puntaje del criterio de precio en el siguiente orden:

No:	PROPONENTE	MENOR A MAYOR VALOR DE LA OFERTA	PUNTAJE ASIGNADO
1	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	\$1.550.000.000	88.5
2	INDUSTRIAS ENFACOL SAS	\$1.650.000.000	83.1
3	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	\$ 1.759.250.000	77.9

Nota: De acuerdo a la invitación se utilizó la siguiente formula:

$\frac{[Incluir\ el\ valor\ del\ máximo\ puntaje] \times (V\ MIN)}{V_i}$

V_i

Puntaje $i =$

Donde,

V MIN = Menor valor de las Oferta válidas.

V_i = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i $i =$ Número

B) Se procede a asignar el puntaje del criterio de vinculación de personas con discapacidad:

No:	PROPONENTE	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PUNTAJE ASIGNADO
1	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	NO aporta	0
2	INDUSTRIAS ENFACOL SAS	NO aporta	0
3	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	NO aporta	0

C) Se procede a asignar el puntaje del criterio de EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES:

No:	PROPONENTE	EMPRESARIOS Y EMPRESAS DE MUJERES	PUNTAJE ASIGNADO
1	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	Aporta composición accionaria (mujeres)	0.25
2	INDUSTRIAS ENFACOL SAS	NO aporta	0
3	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	NO aporta	0

D) Se procede a asignar el puntaje del criterio de MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA:

No:	PROPONENTE	MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA	PUNTAJE ASIGNADO
1	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	Aporta certificado de existencia y representación legal	0.25
2	INDUSTRIAS ENFACOL SAS	Aporta certificado de existencia y representación legal	0.25
3	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	Aporta certificado de existencia y representación legal	0.25

D) Se procede a asignar el puntaje del criterio de PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:


No:	PROPONENTE	PUNTAJE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	PUNTAJE ASIGNADO
1	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	Aporta certificación	10
2	INDUSTRIAS ENFACOL SAS	No aporta	0
3	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	No aporta	0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE	PUNTAJE TOTAL
Primer Lugar	COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS	99 PUNTOS
Segundo Lugar	INDUSTRIAS ENFACOL SAS	83.35 PUNTOS
Tercer Lugar	UT VEHÍCULOS MEGAPRO	78.15 PUNTOS


Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda adjudicar el contrato a: COMERCIALIZADORA CONDOR JG SAS identificado con NIT 901.232.490-1 por valor de MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES MCTE \$1.550.000.000

Firma el comité de contratación a los 22 días del mes de Marzo de 2024.



BEATRIZ ELENA MIRANDA PINEDO
SUBGERENTE DE ATENCIÓN EN SALUD (C)


ADOLFO ISAURO YANGO JOSÉ RODRÍGUEZ BELTRÁN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


MARTIN GIOVANNI RAMÍREZ JÁUREGUI
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD


CAMILA YÁÑEZ MONDRAGÓN
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

Proyectó: Kaleth Nycky Correa González - Asesor Jurídico Externo.



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CON-P-02-F-08
Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA

PROCESO No: _____


OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE DOS (2) UNIDADES MÓVILES y UNA (1) AMBULANCIA TAB 4x4 PARA LA E.S.E. IMSALUD.

EVALUACIÓN

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recibidas oportunamente.

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS O SUPERIORES	OFERTANTES			
			ENFACOL (CHEVROLET NQR EURO IV)	COMERC/DORA CONDOR (FOTON FPR C)	UT VEHICULOS MEGA PRO (FOTON FPR C)	UNION TEMPORAL MOVIL - AMBULANCIA (FOTON FPR C)
1	DOS (2) UNIDADES MÓVILES	COMBUSTIBLE: DIESEL MÍNIMO EURO IV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		TRANSMISIÓN: 4X2 MANUAL DE 5 VELOCIDADES MAS REVERSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		DIRECCIÓN: HIDRÁULICA O ELECTRO ASISTIDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		FRENO DE TAMBOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		FRENO DE MOTOR	CUMPLE	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA
		FRENO DE PARQUEO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		SILLAS AJUSTABLES PARA EL CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
AIRE ACONDICIONANDO CABINA DEL CONDUCTOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
ITEM	DESCRIPCION	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	OFERTANTES			
			ENFACOL (TOYOTA LAND CRUISER)	COMERC/DORA CONDOR TOYOTA LAND CRUISER)	UT VEHICULOS MEGA PRO TOYOTA LAND CRUISER)	UNION TEMPORAL MOVIL - AMBULANCIA
2	UNA (1) AMBULANCIA TAB 4x4	MODELO 4X4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / NO PRESENTA FICHA TECNICA
		COMBUSTIBLE ACPM O GASOLINA	CUMPLE (GASOLINA)	CUMPLE (GASOLINA)	CUMPLE (GASOLINA)	NO CUMPLE / NO PRESENTA FICHA TECNICA


	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código: CON-P-02-F-08 Versión: 02
	INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha: 27/03/2023

		MÍNIMO EURO IV, SI ES COMBUSTIBLE ACPM	NO APLICA POR SER GASOLINA	NO APLICA POR SER GASOLINA	NO APLICA POR SER GASOLINA	NO CUMPLE / NO PRESENTA FICHA TECNICA
		CABINA INDEPENDIENTE PARA EL CONDUCTOR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE / NO PRESENTA FICHA TECNICA

OBSERVACIONES GENERALES:

- 1) Las empresas ofertantes que cumplen con los requisitos mínimos o superiores son: ENFACOL, COMERCIALIZADORA CONDOR, UNION TEMPORAL VEHICULOS MEGA PRO, ya que, aunque hay un ítem que no especifica en la ficha técnica, si el ofertante llega a ser aprobado para suscribir el contrato, se puede verificar, puesto que en el caso de los vehículos es imposible que todas las características aparezcan en una misma ficha.
- 2) No es posible evaluar lo relacionado con diseño de carrocerías, homologaciones, normativas y demás; ya que ello corresponde al producto final del equipo, el cual debe ser evaluado durante el proceso.

Se expide a los seis (22) días del mes de marzo del año 2024



CAMILA YAÑEZ MONDRAGON
Jefe de oficina Servicios Generales
ESE IMSALUD

ADOLFO ISAURO YANGO JOSÉ RODRÍGUEZ BELTRÁN
Subgerente administrativo y financiero
ESE IMSALUD

Proyectó: Edgar David Jaimes C. - Ingeniero de Mantenimiento Industrial *EDJ*



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CON-P-02-F-08
Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

INFORME EVALUACIÓN

PROCESO No: _____

OBJETO CONTRACTUAL:

COMPRA DE DOS (2) UNIDADES MÓVILES y UNA (1) AMBULANCIA TAB 4x4 PARA LA E.S.E. IMSALUD.

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente.

EVALUACION

Se evalúan las propuestas conforme los criterios de selección contemplados en la justificación de la necesidad:

DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	COMERCIALI ZADORA CONDOR	ENFACOL	UNION TEMPORAL MOVIL- AMBULANCI A	UT VEHICULOS MEGAPRO
	MARCA	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY	MINDRAY
Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente.	· Resistencia al agua. IPx4 (Sin conexión de poder externa).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· IPx1 (Con conexión de poder externa).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Resistencia a sólidos IPx4.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Temperatura operación 0 °C - 45 °C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Temperatura almacenamiento -30 °C - 70 °C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Humedad relativa 10 % - 95 % sin condensación.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Altitud 381 m a +4575 m.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Golpes y vibración Cumple requerimiento 21.102, ISO9919(Golpes y vibraciones).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Cumple requerimiento 6.3.4.2, EN1789 (Uso en ambulancias).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Caída libre Cumple requerimiento 6.4.2, EN1789 (Caídas de: 0,7 m).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· EMC IEC60601-1-2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Seguridad EN/IEC60601-1.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

· Ondas en pantalla 3 canales.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Tiempo de barrido 16 s máx. (ECG).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Voltaje de línea: AC 100 a 240 V ($\pm 10\%$).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Corriente 0,8 a 1,8 A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Frecuencia 50/60Hz ($\pm 3\text{Hz}$).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Entrada DC Convertidor AC-DC.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Voltaje de entrada DC 12 V.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Consumo 90 W.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Batería: Tipo 3 Ah, 14,8V, recargable de Lithium ion.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
o Cantidad Máx. 1.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
o Tiempo de carga.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
o 2 horas a 80 % de carga.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
o 3 horas a 100 % con el dispositivo apagado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
o Funcionamiento Mas de 100 descargas a 360.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Impresora: Método Impresora térmica (alta resolución).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Forma de onda Max. 3 canales.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Velocidad 25 mm/s, 50 mm/s	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Almacenamiento de datos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Archivo de pacientes 100 pacientes	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Eventos 1000 eventos por paciente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Forma de onda 24 horas continuas de ECG	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Exportación de datos Pueden ser exportados al PC o memoria USB Flash	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Desfibrilador: Forma de onda Forma de onda Bifásica truncada.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Exactitud ± 2 J con 15 % de ajuste, para cualquier valor debajo de 50 Ohm.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Tiempo de carga Menos de 5 s para 200 J, con carga máxima.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Menos de 8 s para 360 J, con carga máxima.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Impedancia de paciente 20 a 200 Ohm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CON-P-02-F-08
Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

	· Incluye parches adulto, pediátrico y neonatal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fonendoscopio adulto y pediátrico	MARCA	No especifica	STARMED	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN
	· Fonendoscopio de uso general	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Pieza torácica de doble cabeza (campana y diafragma plano) de acero inoxidable con anillo anti-frío.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Uso Adulto y Pediátrico.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Binaurales giratorios y olivas Comfort Sealing intercambiables.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Sin látex.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Tensiómetro manual adulto / pediátrico	MARCA	No especifica	HONSUN	RIESTER	No especifica
	· Lente en vidrio, con anillo en acero Base en hierro color negro.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Incluye Brazalete para adulto y brazalete pediátrico.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Pera de látex para inflar brazalete.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Válvula de purga de aire sin desgaste, con regulación fina.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Membrana muy resistente al envejecimiento, soporte de presiones de hasta 600 MM HG.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Libre de mercurio.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Brazalete lavable.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Aspirador de secreciones	MARCA	PULMO MED	FOLEE	SMAF	PULMO MED
	· Máximo Vacío: 600mmHg.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Rango de Vacío: 150mmHg - 600mmHg.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Velocidad de Flujo: 20 L / Min.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Nivel de Ruido: < o igual a 62dB.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Capacidad del recipiente: 1000mLtr.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Suministro de Poder: DC 12V, AC 110 V +/- 10%, 60Hz.10.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Manguera reutilizable.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Frasco de 1000cc.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Manual en español	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

	MARCA	No especifica	ARCRON	No especifica	No especifica
Silla de Ruedas	· Estructura en acero cromado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Plegable, apoya brazos abatibles.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Tapiz de respaldo en Engomado 600 relleno en espuma densidad 25.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Tapiz de asiento en lona impermeable con refuerzo tejido de fibra.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Apoya pies desmontables de altura regulable.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Ruedas delanteras 7" maciza.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Ruedas traseras aro 24, aro propulsor y freno.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Ancho del asiento: 40 cm a 45 cm	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Profundidad del asiento: 40 cm.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Deberá tener mínimo dos cinturones de sujeción para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Capacidad de carga mínima de 120 Kg	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	
Monitor Signos Vitales	MARCA	EDAN	EDAN	MINDRAY	MINDRAY
	· Monitor de signos vitales con configuración de parámetros opcionales y estándar.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Pantalla de alta resoluciones de mínimo 8".	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Despliegue de curvas fisiológicas, presión arterial no invasiva, oximetría, frecuencia cardiaca, ECG, t temperatura.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· ECG 5 derivadas, análisis segmentos ST y Segmento QT/QTC, análisis de Arritmia.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Alarmas Visuales y audibles, cuando el valor de medición exceda el valor limite configurado, error en el sistema, batería baja, accesorio desconectado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Batería de mínimo 4 horas de trabajo continuo.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	· Trazado electrocardiográfico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
· Presión no invasiva	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CON-P-02-F-08
Versión: 02

INFORME EVALUACIÓN FICHA TÉCNICA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha: 27/03/2023

	Incluye todos los siguientes accesorios:	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	o Sensor de SPO2 (adulto, pediátrico, neonatal)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	o Brazaletes para medición de tensión (adulto, pediátrico, neonatal)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	o Sensor de temperatura	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	o Cable de ECG 5 latiguillos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	o Manguera nibp con conector al equipo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	o Cable de alimentación.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	o Batería	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	MARCA	No especifica	CATALINA CYLINDERS	No especifica	No especifica
Oxígeno medicinal	Con capacidad total de almacenamiento de mínimo tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Portátil de mínimo 0.5 metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
NOTA 1: El proveedor ENFACOL oferta la silla de ruedas ARCRON la cual se verifican las características técnicas en la página 151.					

La oficina de ingeniería biomédica por medio de la presente hace constar que se evaluó la propuesta allegada y se certifica si la entidad oferente Cumple o no Cumple con el ítem solicitados en la necesidad con objeto antes mencionado.

Se expide a los veintidos (22) días del mes de marzo del 2024.

CAMILA YAÑEZ MONDRAGON
Jefe de Oficina servicios generales
ESE IMSALUD

BEATRIZ ELENA MIRANDA PINEDO
Subgerente de Atención en Salud (C)
ESE IMSALUD

Elaboró: Cinthia Cristina Rincón S. - Ingeniera biomédica. *Cinthia Rincón*
Laura Ximena Díaz C. - Ingeniera biomédica. *LDC*